

Dosage par étalonnage : spectrophotométrie et conductimétrie

Capacités exigibles

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Effectuer des tests qualitatifs ☐ Réaliser des dosages par étalonnage. ☐ Proposer ou mettre en œuvre, à partir d'informations fournies, des tests qualitatifs préalables à l'élaboration d'un protocole. | <ul style="list-style-type: none"> ☐ Déterminer une concentration en exploitant la mesure de grandeurs physiques caractéristiques de l'espèce ou en construisant et en utilisant une courbe d'étalonnage. ☐ Déterminer une concentration ou une quantité de matière par spectrophotométrie UV-Visible. |
|---|--|

Objectifs

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ◇ Revoir le protocole de dilution (niveau lycée). ◇ Revoir la technique de spectrophotométrie. ◇ Utiliser la loi de BEER-LAMBERT. | <ul style="list-style-type: none"> ◇ Revoir le protocole expérimental de conductimétrie ; ◇ Utiliser la loi de KOHLRAUSCH. |
|---|--|

I S'approprier

I/A Dosage par étalonnage

Voir fiche dosages.

I/B Le principe de la dilution

Rappel TP9.1 : Dilution

On peut diminuer la concentration c d'une solution de volume V en ajoutant du solvant jusqu'à un volume V' . La concentration c' obtenue est alors

$$cV = c'V' \iff \frac{c}{c'} = \frac{V'}{V}$$

II Analyser

II/A Préliminaire sur la solution de permanganate de potassium

Le permanganate de potassium solide $\text{KMnO}_{4(s)}$, est un antiseptique utilisé pour désinfecter des plaies, les fruits ou légumes, traiter les eaux... Il se vend en pharmacie sous forme de sachet : la notice indique que le sachet contient 0,25 g de $\text{KMnO}_{4(s)}$ à dissoudre dans 2,5 L d'eau. C'est ainsi qu'une solution aqueuse S_0 de permanganate de potassium $\text{K}^+_{(aq)} + \text{MnO}_4^-_{(aq)}$ a été obtenue. Il s'agit ici de vérifier, par deux méthodes différentes, l'indication de masse portée sur le sachet.

Masse molaire du permanganate de potassium : $M = 158,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

① Pourquoi peut-on suivre le dosage du permanganate par spectrophotométrie ?

② Sur l'étiquette du permanganate de potassium, on peut voir ces pictogrammes : que signifient-ils ? quelles précautions faut-il prendre ? Vous pourrez consulter <http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204406>



II/B Préparation des solutions aqueuses étalon

On dispose d'une solution-mère aqueuse S_1 de permanganate de potassium de concentration molaire $c_1 = 1,00 \times 10^{-3} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$. On veut préparer, à partir de cette solution S_1 , par dilution, quatre solutions-filles S_2 à S_5 de volume $V = 50,0 \text{ mL}$ et de concentrations molaires c_2 à c_5 .

- ③ Décrire le protocole expérimental de la préparation de la solution aqueuse S_2 sans oublier d'expliciter le calcul du volume prélevé de solution aqueuse S_1 nécessaire à cette préparation.
- ④ Compléter le tableau ci-dessous, où on appelle V_i les volumes à prélever.

S_i	S_2	S_3	S_4	S_5
$c_i \text{ (mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{)}$	$c_2 = 2,00 \times 10^{-4}$	$c_3 = 4,00 \times 10^{-4}$	$c_4 = 6,00 \times 10^{-4}$	$c_5 = 8,00 \times 10^{-4}$
$V_i \text{ (mL)}$				

III Réaliser et valider

Attention TP9.1 : Protection en TP

Le port de la blouse fermée et des lunettes est obligatoire durant l'ensemble du TP. Les cheveux longs doivent être attachés.

III/A Préparation de la solution fille S_2

Expérience TP9.1 : Préparation de S_2

En suivant le protocole que vous avez établi dans la partie Analyser, préparer la solution fille S_2 , **et uniquement la solution S_2** : les autres ont été préparées.

III/B Dosage par spectrophotométrie

III/B) 1 Choix de la longueur d'onde de travail

Nous allons dans un premier temps établir le spectre d'absorption du permanganate de potassium.

Expérience TP9.2 : Spectre d'absorption

◇ Calibration du spectrophotomètre :

- 1) Calibrer ; Appuyer sur puis cuve vide ? : et imprimer ? : .
- 2) Quand le calibrage est terminé : le spectro affiche : **absorbance**, etc
- 3) Arrêter l'appareil : .

◇ Redémarrer le spectrophotomètre sous contrôle de l'ordinateur :

- 1) Ouvrir Regressi
- 2) Dans Fichier → nouveau choisir S250
- 3) Choisir dans le menu du spectro le protocole de communication : **S 250 I/PC**.
- 4) Cliquer sur le bouton correspondant au spectro éteint. Le spectro se rallume alors (il faut quelques secondes!).

◇ Tracé des spectres : spectre paramétrable [335 ; 900] nm :

- 1) Choisir des longueurs d'ondes variant de 400 à 700 nm avec un pas de 6 nm.
- 2) Effectuer le zéro avec une cuve remplie d'eau distillée en cliquant sur **BLANC**. Le spectro trace une ligne (bleue) de zéro pour toutes les longueurs d'ondes.
- 3) Puis réaliser le spectre du permanganate de potassium en remplissant la cuve au 3/4 de sa hauteur avec la solution S_3 , puis en cliquant sur **SPECTRE**.

Attention TP9.2 : Manipulation des cuves

- ◇ Vous prendrez soin de placer les cuves dans le bon sens (face transparente dans le passage du faisceau lumineux), en évitant de poser vos doigts sur les faces par lesquelles le faisceau passe.
- ◇ Il faut utiliser la même cuve pour toutes vos mesures au spectrophotomètre. Il faut alors la rincer à chaque fois.

Expérience TP9.3 : Exploitation du graphe

- 1) Basculer dans Régressi : clic sur Sauver et Vers régressi du logiciel du spectro, et remplir le nom de la grandeur (A).
- 2) Grâce au réticule, pointer la longueur d'onde de la valeur maximale.

- 1 Imprimer la courbe après avoir retiré le zéro en x et relié les points grâce à un lissage d'ordre 3 (dans le menu Coordonnées, décocher « zéro inclus »).
- 2 À quelle longueur d'onde doit-on travailler ensuite pour avoir un maximum de précision sur la mesure de l'absorbance ? Indiquer le tracé sur vos courbes imprimées.

III/B) 2 Tracé de la courbe d'étalonnage**Expérience TP9.4 : Tracé de la courbe d'étalonnage**

- 1) Éteignez le spectrophotomètre en le débranchant salement (mais proprement), puis le rallumer manuellement. Suivez les instructions : il vous donnera alors les mesures.
- 2) Le spectrophotomètre va de nouveau se calibrer.
- 3) Choisir la longueur d'onde de travail : $\lambda = \dots\dots\dots$ nm.
- 4) Pour une solution d'eau distillée (ou « blanc »), fixer $A = 0$.

- 3 Mesurer l'absorbance de chacune des solutions réalisées et compléter le tableau suivant :

Solution	S_2	S_3	S_4	S_5	S_1	S_0
$c(\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1})$	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	
A						

- 4 Sur votre session, dans Régressi ou Latispro au choix, tracer la courbe $A = f(c)$. La modéliser par une fonction linéaire. Cette droite est aussi appelée « échelle de teinte ». L'imprimer.
- 5 Vos mesures peuvent-elles être décrites par la loi de BEER-LAMBERT ? Justifier votre réponse **précisément**.

III/B) 3 Exploitation de la courbe

Nous allons maintenant utiliser la courbe de calibration préalablement établie afin de déterminer la concentration molaire en permanganate de potassium de la solution S_0 inconnue.

- 6 Déterminer la concentration molaire c_0 de la solution S_0 en expliquant votre démarche. Indiquer le tracé sur votre courbe imprimée.
- 7 En déduire la masse de permanganate de potassium contenue dans un sachet commercial, **ainsi que son incertitude**.
- 8 Déterminer l'écart normalisé entre la valeur obtenue et la valeur du fabricant. Conclure.

III/C Dosage par conductimétrie**III/C) 1 Tracé de la courbe d'étalonnage**

La cellule conductimétrique est constituée de deux lames planes, parallèles, en platine. Le conductimètre mesure la résistance R ou la conductance G de la colonne de solution qui est directement proportionnelle à la conductivité σ (notre grandeur d'intérêt).

- ⑤ Proposer (par analogie avec le protocole d'étalonnage suivi en spectrophotométrie) un protocole permettant d'utiliser la loi de KOHLRAUSCH dans le cas d'une solution aqueuse préparée avec un unique soluté ionique.

Attention TP9.3 : Attention

- ◇ Vous ferez attention à mesurer la conductivité des différentes solutions de la plus diluée à la plus concentrée pour ne pas polluer les solutions avec votre électrode.
- ◇ La cellule du conductimètre doit être conservée dans un grand b cher contenant de l'eau distill e.

Exp rience TP9.5 : Trac  de la courbe d' talonnage

Mettre en  uvre le protocole que vous avez propos .

- ⑨ Mesurer la conductivit  de chacune des solutions r alis es et compl ter le tableau suivant :

Solution	S_2	S_3	S_4	S_5	S_1	S_0
$c(\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1})$	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	
$\sigma(\mu\text{S}\cdot\text{cm}^{-1})$						

III/C) 2

Exploitation de la courbe d' talonnage

- ⑩ En d duire la masse de permanganate de potassium contenue dans un sachet, **ainsi que son incertitude**.
- ⑪ D terminer l' cart normalis  sur la mesure et conclure.

IV Conclure

- ⑫ Laquelle des deux m thodes vous semble-t-elle la plus pr cise pour ce dosage ?